



ATA

Licitação	Pregão Presencial Nº 000077/2019 - 02/12/2019 - Processo Nº 002869/2019
Responsável	SAMELA NASCIMENTO GOMES
Data	02/12/2019
Tipo	ABERTURA.

ATA DE ABERTURA

Às 13:00 do dia 02 de dezembro de 2019, na sala de reunião da Comissão Municipal de Licitação, localizada na Rua Zildio Moschen, 22, Centro, Vargem Alta/ES, reuniu-se a Equipe de Pregão composta dos servidores SÂMELA NASCIMENTO GOMES - Pregoeira e Equipe de apoio: RODRIGO ZANEZI, LEONICE BARBARA FAVERO E FÁBIO FERREIRA SANT'ANNA, para abertura e julgamento do Pregão Presencial nº 000077/2019, referente ao Processo nº 002869/2019, conforme dispõe a Lei nº 10.520/02, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RX, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme especificações constantes do referido Pregão e anexos. Publicado ato convocatório no Diário Oficial do Estado e afixado no quadro de avisos da Prefeitura, local de acesso ao público. Inicialmente, em conformidade com as disposições no Edital, a Pregoeira abriu a sessão pública, tendo como participantes as seguintes Empresas que apresentaram seus credenciamentos: **KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA e VMI TECNOLOGIAS LTDA todas devidamente representadas com procuração e apresentando os documentos necessários para obtenção dos tratamentos previstos na Lei Complementar nº 123/2006.** Após analisados e rubricados, os credenciamentos foram colocados a disposição dos licitantes para vistas e rubricas. A seguir as empresas, apresentaram os envelopes exigidos devidamente lacrados e rubricados pelos participantes. Após foram abertos os envelopes nº 01 - Proposta Comercial, em seguida colocado à disposição dos licitantes e demais presentes para vistas e rubricas nos mesmos, procedendo posteriormente o registro dos preços apresentados pelos respectivos licitantes. A única proposta classificada foi da empresa VMI TECNOLOGIAS LTDA, tendo em vista que foi levantado questionamento da outra empresa concorrente, sendo assim a empresa KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA foi desclassificada por não atender o descritivo do edital, uma vez que no edital pede que a coluna porta tubo - Braço Telescópio seja de 30 cm e o produto apresentado pela Konica não tem esse braço exigido no edital, sendo a mesma desclassificada conforme o Item 7.12 do Edital, dando prosseguimento no certame, a proposta classificada foi convocada para apresentação de lance, de acordo com a lei nº 10.520/2002. Após essa fase, foi iniciada a fase competitiva, sendo apresentado o lance registrado no histórico que, ao final da sessão produziu o seguinte resultado: **Lote 1 Propostas Registradas:** VMI TECNOLOGIAS LTDA valor R\$ 112.600,00 (cento e doze mil seiscentos reais). **Lote 1 Rodada 1:** VMI TECNOLOGIAS LTDA lance R\$ 112.000,0000 (cento e doze mil reais). Sagraram-se vencedor em seu respectivos Item a empresa: **VMI TECNOLOGIAS LTDA no item 1 no valor de R\$ 112.000,00 (cento e doze mil reais) no valor total de R\$ 112.000,00 (cento e doze mil reais).** Após, abertos os envelopes nº 02 - Habilitação, contendo a documentação da empresa vencedora, verificou-se sua habilitação,



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



ATA

Licitação	Pregão Presencial Nº 000077/2019 - 02/12/2019 - Processo Nº 002869/2019
Responsável	SAMELA NASCIMENTO GOMES
Data	02/12/2019
Tipo	ABERTURA.

ato contínuo, sendo o mesmo analisados e rubricados pelos licitantes e demais presentes. A Pregoeira adjudicou o lote a empresa vencedora, conforme descrição acima e concedeu a palavra ao representante presente, quando o representante da empresa KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA manifestou o interesse em interpor recurso alegando sucintamente que *"o deslocamento de 30 cm do braço telescópico tal como questionado pelo concorrente não afeta o bom uso do equipamento e nem mesmo os resultados dos exames pois se assim não fora a ANVISA não expediria o nosso registro e nem teríamos as boas práticas de fabricação."* Conforme o item 10.1 do Edital "sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões no prazo de 3 (três) dias úteis, que finda em 05/12/2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio e Licitantes presentes.

Vargem Alta/ES, 02 de dezembro de 2019.

Sâmela Nascimento Gomes: _____

Rodrigo Zanezi: _____

Leonice Bárbara Fávero: _____

Fabio Ferreira Sant'Anna: _____

KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUS. DE EQUIP. MEDICOS LTDA
Athos Soares Sather (munido de procuração)

VMI TECNOLOGIAS LTDA
Juliano Pereira Carloto (munido de procuração)