



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MEMORANDO EXTERNO Nº 215/2021

DATA: 16 de setembro de 2021.

DA: Secretaria Municipal de Saúde

PARA: Gerência de Licitação e Contratos

Ref.: Pregão eletrônico 002/2021


Prezada Senhora
Sâmela Nascimento Gomes


Assunto: Laudo de amostras

- 1- Encaminhamos a Vossa senhoria, os laudos das amostras referentes a aquisição de insumos odontológicos.
- 2- Informamos ainda que os referidos laudos serão encaminhados às empresas.
- 3- Considerando os conceitos básicos da administração pública dos quais cita-se: a moralidade, supremacia do interesse público e razoabilidade.
- 4- Salientamos que os produtos serão utilizados para atendimento odontológico das Unidades Básicas de Saúde e Equipes de Estratégia da família.

Atenciosamente,

Jhonata Silva Scaramussa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 4329/2021


Jhonata Silva Scaramussa
Secretário Municipal de Saúde


Denise Maria Gomes Morelra
Coordenadora de Saúde Bucal
Decreto nº 4358/2021

Laudo das Análises das amostras dos insumos odontológicos

Ref. Pregão Eletrônico 002/2021

Empresa: Dental Open

Data: 16/09/2021

Item nº 01: Adesivo Fotopolimerizável à base de água.

Especificação do Edital: Primer e adesivo em um só frasco; solvente à base de água e álcool: não evapora como acetona, o que faz com que o adesivo apresente a mesma performance da primeira até a última gota do frasco; Alto rendimento; adesivo com Nanotecnologia; contém partícula de carga de 5mm que proporciona uma excelente adesão à dentina e ao esmalte; adesivo com 10% de peso em carga. Devido ao pequeno tamanho da carga, não é necessário agitar o frasco antes do uso; exclusiva tampa " flip top", evita desperdício e pode ser manuseada apenas com uma mão.

Marca: Single Bond – 3M

Resultado: Aprovado

Item nº 19: Broca diamantada n 1090 cilíndrica.

Especificação do Edital: De alta rotação, em aço inox. Autoclavável; Embalagem individual.

Marca: Champion Microdont

Resultado: Aprovado

Item nº 22: Broca diamantada n 1112F

Especificação do Edital :De alta rotação, em aço inox; granulação extra fina autoclavável; embalagem individual.

Marca: Champion microdont

Resultado; Aprovado

Item nº 27: Broca diamantada haste curta nº 1303

Especificação do Edital: De alta rotação, em inox, autoclavável, embalagem individual.

Marca: Champion Microdont

Resultado: Aprovado

Produto nº 37: Compressa de gaze hidrófila 11 fios.

Especificação do Edital: Cada compressa deverá ter medida de 7,5 cm e com 8dobras 100% algodão não estéril.

Embalagem: pacote com 500 unidades.

Marca: Ultracotton

Resultado: aprovado

Item nº 52: Fio de sutura

Especificação do edital: Fio de sutura, em nylon agulhado 3-0, de 45 cm, para agulha de 1,7 cm, em uso odontológico.

Embalagem: caixa com 24 unidades.

Marca: technew

Resultado: Aprovado

Item nº 54: Fita matriz de aço inox

Especificação do edital: Fita matriz de aço 0,05mm x 5 mm x 5m de uso odontológico de 5 mm.

Embalagem: rolo de 5 metros

Marca: Maquira

Resultado Aprovado

Item nº 60: Hidróxido de cálcio – kit,

Especificação do edital: Cimento de hidróxido de cálcio radiopaco indicado para capeamento pulpar, e forramento protetor sob materiais de base, não inibe a polimerização das resinas restauradoras, coloração semelhante a dentina.

Kit contendo; 01 tubo de pasta base com 13g; 01 tubo de pasta catalisadora com 11g e 01 bloco para mistura.

Marca: Dentsply

Resultado: Aprovado

Item nº 103: Selante Fotopolimerizavel

Especificação do edital: Para fôssula e fissuras, com ataque ácido, fotopolimerizavel por luz visível, contendo 50% em peso de cargas inorgânicas com liberador de flúor, branco. Caixa contendo: 5 seringas de selador flúor shield, 2g cada + 1 seringa de condicionador ácido dental gel, 3ml + 20 pontas aplicadoras descartáveis.

Marca: Dentsply

Resultado: Aprovado

Item nº 105: Sugador de saliva descartável

Especificação do edital: Sugador de saliva descartável 130mm x 0,65mm. Pacote com 40 unidades.

Marca: Max Cleam

Resultado: Aprovado

Empresa: Cirúrgica Biomédica – Eireli

Item nº73: Luva de látex

Especificação do edital: Luva de látex tamanho P, 100% natural, ambidestra, antialérgica c/ alta sensibilidade tátil, ph 7, não estéril, resistente a alcalóides ácidos, álcool e acetona.

Caixa com 100 unidades

Marca: Talge

Resultado: Aprovado

Item nº109: Touca descartável

Especificação do edital: Touca descartável com elástico: Fabricado em não tecido spunbonded 100% polipropileno utilizando soldagem eletrônica por ultrassom, permitem uma maior respirabilidade do couro cabeludo devido à matéria prima utilizada e maior conforto durante sua utilização; hipoalergênicas. Tamanho 45 x 52 cm; possuem elástico revestido; cor branca.

Marca: Talge

Resultado: Aprovado

Empresa: Dental Universo

Item nº: 36 Material Restaurador Temporário

Especificação do edital: Material Restaurador Intermediário na forma de pó e um líquido, longa duração por até 2 anos, contendo óxido de zinco e resina acrílica, na cor marfim.

Líquido: Eugenol (99,5%) e ácido acético glacial 90,5%).

Pó: óxido de zinco e resina acrílica (poli metacrilato de metila), um medidor de pó (cor laranja).

Marca: Biodinâmica

Resultado: Aprovado

Item nº 98; Resina fotopolimerizável – corA3

Especificação de edital: Resina odontológica – composta de partículas tipo nanopartículas; fotopolimerizável; cor A3; em seringa com 4g; composição química de orgânica: bis-gma, bis-ema, udma; inorgânica: zircônia/ sílica de 5 a 20nm; com ou sem liberação de flúor.

Marca: Filtek 250xt – 3m

Resultado: Aprovado

Empresa: Miamimed

Item nº 32: Caneta de alta rotação sistema Push button

Especificação do edital: Rotação (rpm) 0 a 420.000; consumo de ar (L/min) 42; Pressão 9psi) 35;

Diâmetro da cabeça (mm) 8,93; Altura da cabeça (mm) 10,81; Consumo de água no spray (ml/min) 42; Nivel sonoro (db) 69; Encaixe Borden ou Midwest; Fixação de brocas Push Button; Material de alumínio.

Itens inclusos: 01 estojo para transporte e acondicionamento da peça; 01 óleo lubrificante de 20 ml; 01 agulha para limpeza do spray; 01 manual de instruções e certificado de garantia.

Encaixe adaptável a vários tipos de micromotores e brocas de baixa rotação.

Marca: Dentemed

Resultado: Aprovado

Item nº 39: Contra- Ângulo intra de baixa rotação Push Button

Especificação do edital: Contra Ângulo intra 1:1 de Baixa Rotação Push button . Fixação de brocas (baixa velocidade) através de trava Push button, leve balanceado e silencioso. Velocidade até 40.000 rpm.

Itens inclusos: 01 pega de mão 1:1 PB;

01 chave para desmontar o C/a 1:1 PB;

01 frasco de óleo lubrificante spray (surgi – lub)

Encaixe adaptável a vários tipos de micromotores brocas de baixa rotação; utiliza fita para soldagem.

Marca: Dentemed

Resultado: Aprovado

Empresa: Dental Premium

Item nº 35: Cimento de Ionômero de vidro fotopolimerizável pó e líquido

Especificação do edital :Kit de cimento de ionômero de vidro: para restauração de dentes permanentes e decíduos, autopolimerizável; na tonalidade A3, kit composto de pó, líquido, medidor de pó e bloco de espatulação; pó em frasco com 10gr composto por fluorsilicato de sódio, cálcio, alumínio, sulfato de bário, ácido poliacrílico e pigmentos; líquido em frasco com 8 ml; composto por ácido tartárico e água, embalado individualmente em caixa.

Marca: Maquira

Resultado: Aprovado

Item nº 50: Filme periapical adulto(filme para RX)

Especificação de edital: Filme periapical adulto 31 x 41 mm

Ultra- Rápido – caixa com 150 unidades

Marca: carestrean

Resultado: Aprovado

Item nº 95: Resina Fotopolimerizável – cor A 3,5

Especificação do edital: Resina odontológica – composta de partículas tipo nanopartículas. Fotopolimerizável; cor a 3,5; em seringa com 4g; composição química de orgânica; bis-gma, bis – ema, udma; inorgânica; Zircônia/sílica de 5 a 20 nm ; com ou sem liberação de flúor.

Marca: Z250/3m

Resultado: Aprovado

Item nº 96: Resina fotopolimerizável – cor A1

Especificação do edital: Resina odontológica – composta de partículas tipo nanopartículas, fotopolimerizável; cor A1; em seringa com 4g; composição química de orgânica bis – gma, bis-ema, udma; inorgânica: zircônia/sílica de 5 a 20nm; com ou sem liberação de flúor.

Marca: Z250/3m

Resultado: Aprovado

Item nº 97: Resina fotopolimerizável – cor A2

Especificação do edital: Resina odontológica – composta de partículas tipo nanopartículas; fotopolimerizável, cor A2; em seringa com 4g; composição química de orgânica: bis-gma, bis-ema, udma; inorgânica: zircônia/sílica de 5 a 20 nm; com ou sem liberação de flúor.

Marca: Z250/3m

Resultado: Aprovado

Empresa: MaxxiDental

Item 93: Removedor de resíduos para autoclave

Especificação do edital: Solução limpadora de resíduos para autoclave. Para limpeza e conservação de autoclaves e esterilizadores.

Marca; Dabi Atlante

Resultado: Aprovado

Empresa: Nutrimig

Item nº 63: Integrador químico integrador SteamPlus para autoclave

Especificação do edital: Integrador classe 5 desenvolvido para a monitoração e avaliação da esterelização a vapor. Pode ser utilizado em todos os processos a vapor (gravidade, pré-vácuo e ash) com desempenho equivalente ao indicador biológico validado pelo fabricante.

Atenção: Não pode substituir o uso do indicador biológico. Integra as 3 variáveis da esterilização; tempo, temperatura e vapor.

Marca: Maxxmed

Resultado: Aprovado